

動作確認チェックシート

検査日	2025/5/14				
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	単相100V	重量	27Kg
型式	2015SD	周波数	(50/60)Hz	外寸w×d×h(本体)	164×462×240
メーカー名	アルカテル	排気量	208/250min	吸気	NW 2 5
機械Ser,No	AM645889	オイル	0.95L	排気	NW 2 5
製造年月		到達圧力	0.2Pa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック
1	外観	本体,継手,スイッチ等に著しいキズ,破損,動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音,異臭,漏電,暴走,アラーム表示等)はないか。	○
3	保管・出荷準備	清掃,入庫元に関するシール等を取り除く。	○

備考

1 ポンプ内部クリーニング実施

2 オイル交換実施(鉱物油、MR200使用)

3 弊社真空計で0.2Pa以下を確認