

# 動作確認チェックシート

検査日	2025/5/19				
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	単相100V	重量	27Kg
型式	2015C1	周波数	(50/60)Hz	外寸w×d×h(本体)	164×462×240
メーカー名	アルカテル	排気量	208/250min	吸気	NW 2 5
機械Ser, No	614968	オイル	0.95L	排気	NW 2 5
製造年月		到達圧力	0.2Pa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック
1	外観	本体, 繼手, スイッチ等に著しいキズ, 破損, 動作不良はないか。	<input type="radio"/>
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音, 異臭, 漏電, 暴走, アラーム表示等)はないか。	<input type="radio"/>
3	保管・出荷準備	清掃, 入庫元に関するシール等を取り除く。	<input type="radio"/>

## 備考

- 1 ポンプ内部クリーニング実施
- 2 オイル交換実施(鉱物油、MR200使用)
- 3 弊社真空計で0.2Pa以下を確認